



ที่ สธ ๐๖๑๐/๖๔๖๕

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา
๕๔ หมู่ ๙ ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งใบรับรองคุณภาพเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบรับรองคุณภาพเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ โรงพยาบาลบ้านด่าน ได้แจ้งความประสงค์ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา
ออกเอกสารใบรับรองคุณภาพเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์ นั้น

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา ขอส่งใบรับรองคุณภาพเครื่องกำเนิด
รังสีเอกซ์ทางการแพทย์ ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ ห่มั่นพล)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

โทร. ๐ ๔๔๓๔ ๖๐๐๕ - ๑๐

โทรสาร ๐ ๔๔๓๔ ๖๐๑๘



เลขที่ ๑๙๐๐๒๗/๒๕๖๖

ใบรับรองคุณภาพเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์

อาศัยอำนาจตามความในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๕๒

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ออกใบรับรองฉบับนี้ให้

โรงพยาบาลบ้านด่าน
ตั้งอยู่ ๑๙๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านด่าน
อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

ครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุ
กัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพื่อใช้งานในสถานพยาบาล ที่ผ่านการตรวจสอบและมีคุณภาพความปลอดภัย
ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง มาตรฐานคุณภาพเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยรายละเอียดของเครื่องกำเนิดรังสีปรากฏตามเอกสารแนบท้ายใบรับรองคุณภาพเครื่องกำเนิด
รังสีเอกซ์ทางการแพทย์

ให้ ณ วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ หมื่นพล)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ใบรับรองนี้ใช้ได้เฉพาะเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์ ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ
ตามรายละเอียดแนบท้ายใบรับรองคุณภาพเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์เท่านั้น ห้ามนำใบรับรองนี้ไปคัดลอกหรือดัดแปลงเฉพาะบางส่วน
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารแนบท้ายใบรับรองคุณภาพเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์

เลขที่ ๑๙๐๑๐๘/๒๕๖๕

โรงพยาบาลบ้านด่าน

รายละเอียดเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์ ดังรายการต่อไปนี้

รายการที่	รายละเอียดเครื่องกำเนิดรังสี				
	ชนิด	ผู้ผลิต	รุ่น	หมายเลขเครื่อง	กำลังสูงสุด
๑	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (mobile x-ray unit)	SHIMADZU	MobileArt Evolution	MQ๐๐๐๕๐C๕๐๓๓	๑๓๓ kV, ๓๒๐ mAs

ลงชื่อ..... ๑) พญ. พญ.

(นายบรรจง กิตติรัตน์ตระกูล)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เอกสารแนบท้ายใบรับรองคุณภาพเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์

เลขที่ ๑๙๐๐๒๗/๒๕๖๖

โรงพยาบาลบ้านด่าน

รายละเอียดเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์ ดังรายการต่อไปนี้

รายการที่	รายละเอียดเครื่องกำเนิดรังสี				
	ชนิด	ผู้ผลิต	รุ่น	หมายเลขเครื่อง	กำลังสูงสุด
๑	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป (general x-ray machine)	Comed	EVA-HFe๕๒-DIS	๙๙๓๐๗	๑๒๕ kV, ๕๐๐ mA
๒	เครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม (dental x-ray machine)	TRIDENT	RIX-๗๐	ID๒๒๑๑๘๓	๗๐ kV, ๗ mA
๓	เครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม (dental x-ray machine)	Runyes	RAY๙๘(P)	๒๔๗๐๗๑๐๑	๗๐ kV, ๒ mA

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ หมั่นพล)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



ใบอนุญาต

มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ อนุญาตให้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลบ้านด่าน)

โดย -ปลัดกระทรวงสาธารณสุข -

อายุ - ปี สัญชาติ -

ที่อยู่ เลขที่ 88/20 หมู่ที่ 4 ถนน ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

สถานที่ทำการ โรงพยาบาลบ้านด่าน

เลขที่ 192 หมู่ที่ 9 ถนน บุรีรัมย์-สตึก ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000

มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้าน การแพทย์

ตามคำขออนุญาต เลขที่ 20-18-60 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย เลขที่ 4XM1125/60F จำนวน 1 หน้า

สถานที่ติดตั้งใช้งาน

โรงพยาบาลบ้านด่าน

เลขที่ 192 หมู่ที่ 9 ถนน บุรีรัมย์-สตึก ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000

อนุญาตตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565



(นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์)

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประทับตราสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติไว้เป็นสำคัญ

เอกสารแนบท้ายใบอนุญาต พ.ป.ส.4ค-2 เลขที่ 4XM1125/60F
ผลิตหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี เพื่อใช้ประโยชน์ ทางด้านการแพทย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลบ้านด่าน)

ชื่อผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี

รายชื่อ 1 นายวุฒิต กิตติวัฒนาสาร หมายเลขโทรศัพท์ 08-1660-0438

รายละเอียดเครื่องกำเนิดรังสี						
รายการ	ประเภท	สถานะ	ชนิด	แบบ	กลุ่ม	ผู้ผลิต
1	Medical	เครื่องใหม่	Stationary Radiography	Stationary	2	COMED
2	Medical	เครื่องใหม่	Intra Oral Dental Radiography	Fixed	2	NEW LIFE
						3000
					กำลังสูงสุด	การใช้อย่างปลอดภัย
					125 kV 500 mA	วินิจฉัยโรคทั่วไป
					70 kV 8 mA	วินิจฉัยโรคฟัน

อัมภา ออโรดิวิชั่น

(นางสาวอัมภา วงศ์แสงจันทร์)
เลขานุการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

K-166

โรงพยาบาลบ้านด่าน

เลขรับ 280/60

วันที่ 22 ส.ค. 2560

เวลา 14.09



ที่ วท ๐๔๐๔/๕๕๗๒

สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ

๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๑๖

สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบอนุญาต (พ.ป.ส. ๔) เลขที่ 4XM1125/60F จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่โรงพยาบาลบ้านด่าน ได้ยื่นคำขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสีต่อสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ (ปส.) นั้น

ปส. ได้พิจารณาออกใบอนุญาต เลขที่ 4XM1125/60F ให้แก่หน่วยงานท่านแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ การขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ในครั้งถัดไปควรยื่นคำขอต่ออายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดสั่งการ

เห็นควรมอบ.....

พันพ กัญญา

(นางเพ็ญภา กัญชนะ)

ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ

๐๖๔๖

กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๕๑๑, ๑๕๑๓

โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๓๐๑๓