



ใบอนุญาต

มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ อนุญาตให้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลบ้านด่าน)

โดย -ปลัดกระทรวงสาธารณสุข -

อายุ - ปี สัญชาติ -

ที่อยู่ เลขที่ 88/20 หมู่ที่ 4 ถนน ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

สถานที่ทำการ โรงพยาบาลบ้านด่าน

เลขที่ 192 หมู่ที่ 9 ถนน บุรีรัมย์-สตึก ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000

มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้าน การแพทย์

ตามคำขออนุญาต เลขที่ 20-18-60 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย เลขที่ 4XM1125/60F จำนวน 1 หน้า

สถานที่ติดตั้งใช้งาน

โรงพยาบาลบ้านด่าน

เลขที่ 192 หมู่ที่ 9 ถนน บุรีรัมย์-สตึก ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000

อนุญาตตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565



(นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์)

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประทับตราสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติไว้เป็นสำคัญ

เอกสารแนบท้ายใบอนุญาต พ.ป.ส.4ค-2 เลขที่ 4XM1125/60F
ผลิตหรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี เพื่อใช้ประโยชน์ ทางด้านการแพทย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลบ้านด่าน)

ชื่อผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับรังสี

รายชื่อ 1 นายวุฒิต กิตติวัฒนาสาร หมายเลขโทรศัพท์ 08-1660-0438

รายละเอียดเครื่องกำเนิดรังสี						
รายการ	ประเภท	สถานะ	ชนิด	แบบ	กลุ่ม	ผู้ผลิต
1	Medical	เครื่องใหม่	Stationary Radiography	Stationary	2	COMED
2	Medical	เครื่องใหม่	Intra Oral Dental Radiography	Fixed	2	NEW LIFE
						3000
					กำลังสูงสุด	การใช้อย่างปลอดภัย
					125 kV 500 mA	วินิจฉัยโรคทั่วไป
					70 kV 8 mA	วินิจฉัยโรคฟัน

อ.ดร.อ.ดร.ดร.

(นางสาวอรรษา วงศ์แสงจันทร์)
เลขานุการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

K-166

โรงพยาบาลบ้านด่าน

เลขรับ 280/60

วันที่ 22 ส.ค. 2560

เวลา 14.09



ที่ วท ๐๔๐๔/๕๕๗๒

สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ

๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๑๖

สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณจากเครื่องกำเนิดรังสี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบอนุญาต (พ.ป.ส. ๔) เลขที่ 4XM1125/60F จำนวน ๒ แผ่น

ตามที่โรงพยาบาลบ้านด่าน ได้ยื่นคำขออนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณจากเครื่องกำเนิดรังสีต่อสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ (ปส.) นั้น

ปส. ได้พิจารณาออกใบอนุญาต เลขที่ 4XM1125/60F ให้แก่หน่วยงานท่านแล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ การขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ในครั้งถัดไปควรยื่นคำขอต่ออายุไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่าน

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดสั่งการ

เห็นควรมอบ.....

พันพ กัญญา

(นางเพ็ญภา กัญญา)

ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ

๐๖๔๖

กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๕๑๑, ๑๕๑๓

โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๓๐๑๓